



Azienda Ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro Catania

SETTORE PROVVEDITORATO

ED ECONOMATO

via Messina, 829

95126 CATANIA

P. IVA 04721280875

Telefono

095 7261111

Fax

095 7262375

Web

www.aocannizzaro.it

VERBALE N°2

di verifica conformità tecnica relativa alla RDO n° 2947590 espletata per l'acquisto urgente di n 10 ventilatori polmonari nuovi, ricondizionati o ex demo, necessari per reparto covid dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro

In data 04/02/2022, presso gli Uffici Amministrativi del Settore Provveditorato Economato dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania – Via Messina, 829, a seguito dell'ammissione amministrativa di tutte le ditte concorrenti alla presente RDO, si è proceduto all'apertura, sulla piattaforma MEPA, della documentazione tecnica prodotta dalle ditte in questione.

Al fine di sottoporre a verifica tutta la documentazione Tecnica presentata da ogni ditta concorrente ed acquisire per ognuna il relativo giudizio tecnico di conformità o di non conformità, il RUP ha proceduto alla trasmissione della stessa - su pen drive - alla ditta HC Servizio di Ingegneria clinica Interna.

In data 09/02/2022 la ditta HC ha trasmesso il risultato della verifica tecnica effettuata e specificatamente:

DITTA	GIUDIZIO	MOTIVAZIONE
Grandi Impianti Service	Non conforme	1. ventil. assist. (opzionale), dimensione display, 2. SpO2, 3. nebulizz.
Air Liquid Medical Systems	Non conforme	1. dimensione display

Burke & Burke	Conforme	
Sirimed	Conforme	
Tecnomed		1. modulo SPO2, 2. capno (opzionale)
Ultramed	Conforme	

Nella stessa data il RUP ha preso atto ed approvato i giudizi tecnici sopra riportati e, conseguentemente, ha proceduto ad approvare/non approvare le offerte tecniche sulla piattaforma MEPA.

IL RUP